

先生各位

検査内容変更及び表記・受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。このたび下記の検査項目につきまして、検査内容変更及び表記・受託中止についてご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承の程お願い申し上げます。

また、今後とも宜しくご厚誼の程お願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2015年5月11日（月）報告分より

● 変更理由 基準値の見直しによる再設定

● 変更内容

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	新	現行
57	4001	C D 3	基準値	54.3～81.9%	59.7～76.9%
	4002	C D 4		24.3～49.7%	35.5～46.9%
	4003	C D 8		18.4～49.0%	21.0～32.0%
	4005	C D 3 8		22.0～68.7%	1.9～10.3%
	4006	C D 2		70.0～90.7%	68.6～86.4%
	4007	抗H L A - D R		15.3～40.2%	8.8～20.6%
	4034	C D 1		3.0%以下	0.4～1.4%
	4036	C D 2 0		1.7～23.7%	8.0～16.0%
	4038	C D 1 9		2.9～20.1%	未設定
	4054	C D 1 0		3.0%以下	未設定
	4060	C D 4 / C D 8 比		0.4～1.9	0.90～1.80
58	4018	T細胞、B細胞百分率	基準値	54.3～81.9%(T細胞:CD3) 2.9～20.1%(B細胞:CD19)	68.6～86.4%(T細胞) 8.0～16.0%(B細胞)
			検体量(mL)	血液3.0(ヘパリン加血)	血液5.0(ヘパリン加血)
未掲載	1240	C D 4 1 a	項目名	C D 4 1	C D 4 1 a

※上記の検査所要日数については、4～6日から3～5日へと変更させていただきます。

● 基準値表記中止項目

未掲載	4501	ACTH前 ※ (内分泌負荷試験用)	負荷試験用 基準値	未設定	8.2～54.8
	4531	コルチゾール前 ※ (内分泌負荷試験用)		未設定	5.3～24.5

※ 従来、基準値を設定し表記していましたが、日内変動が大きい項目のため負荷試験をして総合的に判断する本来の検査目的から、基準値表記を中止させていただきます。

※受託中止項目については裏面に続きます。

● 中止実施日 2015年5月11日（月）受付分より

● 検査受託中止項目（受託数僅少のため中止させていただきます。）

案内書 掲載員	項目コード	検査項目名	案内書 掲載員	項目コード	検査項目名
未掲載	1203	CD 3 × 抗HLADR	57	4008	CD 1 1 b
	1230	CD 9		4015	CD 5 7
57	1231	CD 1 1 a	未掲載	4019	I g G-F c R陽性T細胞
	1232	CD 1 1 c	57	4037	CD 2 1
	1233	CD 1 5		4052	CD 2 5
	1234	CD 2 2		4053	CD 2 4
未掲載	1235	CD 2 6		4080	CD 4 × CD 4 5 RA
	1236	CD 2 8		4082	CD 4 × CD 2 9
57	1237	CD 3 0		4084	4 CD 8 × CD 1 1 b
	1238	CD 3 4		4085	CD 5 7 × CD 1 6
未掲載	1239	CD 3 6		4086	CD 4 × 抗HLA-DR
	1241	CD 4 1 b		4088	CD 8 × 抗HLA-DR
	1242	CD 4 2 a	未掲載	4090	CD 8 × CD 4
	1243	CD 4 2 b		4093	CD 3 × CD 2 5
	1244	CD 5 4		4094	CD 4 × CD 2 5
57	1245	CD 5 6		4095	CD 8 × CD 2 5
未掲載	1247	c CD 3		4543	CD 4 5
	1248	c CD 2 2		4554	CD 1 4 × HLA-DR
	1249	c CD μ 鎖		4590	CD 1 8
57	1250	TCR-α β		4591	CD w 9 0
	1251	TCR-γ δ		4592	CD 1 1 7
未掲載	1457	CD 4 4		4593	CD 1 2 2
	1480	CD 3 × CD 5 6		4675	CD 4 / 8 比. 絶対値
	1491	CD 3 × T c R. α β		4676	T B細胞百分率. 数
	2450	CD 2 3		4677	HLA-DR. 絶対値
57	4004	CD 7 1		5312	CD 2 0 × CD 5