

先生各位

新規受託項目のお知らせ


謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
この度、下記検査項目につきまして、検査の受託を開始いたしますので、ご案内申し上げます。
謹白

記

- 受託開始日 2017年4月3日（月）受付分より
- 新規受託項目

検査項目	検体量	保存	所要日数	容器	実施料	検査方法	基準値	備考
百日咳菌核酸検出 (項目コード：3418) (統一コード) 6B636-0000-063-883-11	後鼻腔 ぬぐい液	絶対 凍結	3~5	114 フロック スワブ	360点 (微生物)	LAMP法	(一)	後鼻腔ぬぐい液は、フロックスワブにて採取したのち、速やかに付属のチューブに入れて、凍結保存してください。 採取前のスワブ取出時やチューブ内挿入時には、スワブ先端部が汚染しないようにご注意ください。 他の検査項目との共用依頼はできませんので、ご注意ください。

百日咳の診断には、長らく細菌培養法と血清学的検査（抗体測定）が用いられてきましたが、感度・特異度の面では十分ではありませんでした。本検査は、百日咳菌の遺伝子をLAMP（Loop-mediated Isothermal Amplification）法で検出するもので、感度と特異度が高く、他の呼吸疾患との鑑別および百日咳の早期診断に有用です。



後鼻腔ぬぐい液は片方の鼻腔内をフロックスワブで採取してください。
採取したスワブは速やかに付属のチューブに入れ、凍結保存してご提出ください。



フロックスワブ
貯蔵方法：室温
有効期限：1年